NL

Start by iHealth BPa

Automatische bovenarm bloeddrukmeter

INDEX

NL Gebruikershandleiding (11-20)
Lees zorgvuldig door voor het eerste gebruik!

INLEIDING **NL**

Hartelijk dank voor uw aankoop van de automatische bloeddrukmeter voor de bovenarm Start by iHealth BPa.
Uw nieuwe bloeddrukmeter maakt gebruik van de oscillometrische methode met automatische inflatie en meting. Dit betekent dat de meter de bloeddruk(slag) door de armslagader detecteert en de circulatie omzet naar een digitale aflezing.
Deze handleiding levert belangrijke informatie zodat u het systeem correct kunt gebruiken. Lees het instructieboek grondig voordat u dit product gebruikt.

HOOFDSTUK 1: BELANGRIJKE INFORMATIE

Beoogd gebruik

De bloeddrukmeter Start by iHealth BPa is een volautomatische elektronische bloeddrukmeter voor het meten van de bloeddruk en hartslag. Het apparaat detecteert tijdens de meting de aanwezigheid van een onregelmatige hartslag en geeft een waarschuwingssignaal met het meetresultaat.
De Start by iHealth BPa is bedoeld voor thuisgebruik.

Belangrijke veiligheidsinformatie

- Raadpleeg uw arts voordat u het product gebruikt tijdens een zwangerschap of als u aan aritmie of arteriosclerose lijdt. Lees dit gedeelte zorgvuldig voordat u de meter gebruikt.
- Raadpleeg uw arts als u over de volgende zaken twijfelt:
- Het aanbrengen van de manchet over een wond of ontstekingszieketen.
- Het aanbrengen van de manchet over een ledemaat met intravasculaire toegang of therapie, of een arterio-veneuze (A-V) shunt.
- Het aanbrengen van de manchet op de arm aan de kant van een mastectomie.
- Gelijktijdig gebruik met andere medische meetapparatuur op hetzelfde ledemaat.
- De bloedcirculatie van de gebruiker moet worden gecontroleerd.
- ⚠ Deze elektronische bloeddrukmeter is ontworpen voor volwassenen en mag nooit worden gebruikt bij baby's of jonge kinderen. Raadpleeg uw arts of een andere zorgverlener voordat u het apparaat gebruikt op kinderen.
- Gebruik deze bloeddrukmeter niet in een bewegend voertuig. Dit kan tot onnauwkeurige metingen leiden.
- Bloeddrukmetingen die door deze meter worden uitgevoerd zijn gelijkwaardig aan metingen uitgevoerd door opgeleide waarnemers waarbij de manchet/stethoscoop-auscultatiemethode wordt gebruikt binnen de limieten vastgelegd door de American National Standard Institute, Electronic or Automated Sphygmomanometers.
- Voor informatie met betrekking tot potentiële elektromagnetische of andere interferentie tussen de bloeddrukmeter en andere apparaten en advies betreffende het voorkomen van dergelijke interferentie, zie het deel INFORMATIE M.B.T. ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT.
- Raadpleeg altijd uw arts. Het is gevaarlijk om zelf een diagnose te stellen op basis van de meetresultaten en om zichzelf te behandelen.
- Mensen met ernstige problemen met de bloedcirculoop of bloedzieken moeten een arts raadplegen voordat ze het product gebruiken. Het opblazen van de manchet kan interne bloedingen veroorzaken.
- Laat het product niet onbeheerd bij kleine kinderen of mensen die hun instemming niet kunnen betuigen.
- Gebruik het product niet voor iets anders dan het meten van de bloeddruk.
- Gebruik geen mobiele telefoon of andere apparaten die elektromagnetische velden afgeven in de buurt van het product. Dit kan leiden tot een foute bediening van het product.
- Demonteer het apparaat of de polsmanchet niet.
- Gebruik geen andere manchet dan diegene die door de fabrikant werd meegeleverd, aangezien dat tot een bloccompanibel gevaar en onnauwkeurige metingen kan leiden.
- ⚠ De meter voldoet mogelijk niet aan de prestatiespecificaties of kan een gevaar voor de veiligheid opleveren indien het wordt

opgeslagen of gebruikt buiten de gespecificeerde temperatuur- en vochtigheidsbereiken.
- ⚠ Deel de manchet niet met een persoon die een andere besmettelijke ziekte heeft om kruisinfectie te voorkomen.
- ⚠ Mensen met ernstige aritmie mogen deze elektronische bloeddrukmeter niet gebruiken.
Dit apparaat werd getest en voldoet aan de limieten van een digitaal apparaat van klasse B overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten bieden redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen; als ze niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan ze schadelijke interferentie in radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie op zal treden bij een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden bepaald door de apparatuur uit en weer in te schakelen, dient de gebruiker de interferentie te verhelpen met een of meer van de hierna vermelde maatregelen:
- De ontvangstantenne heroriënteren of verplaatsen.
- De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger vergroten.
- De apparatuur aansluiten op een stopcontact van een andere stroomkring dan de stroomkring waarop de ontvanger is aangesloten.
- Neem voor hulp contact op met uw verdeler of een ervaren radio-/televisietechnicus.
- Als u batterijvloeistof op uw huid of kleding krijgt, spoel dan onmiddellijk met veel schoon water.
- Gebruik alleen vier 'AAA' alkalinebatterijen (LR03) bij dit product. Gebruik geen andere soorten batterijen.
- Plaats de batterijen niet met de polen aan de verkeerde kant.
- Vervang oude batterijen onmiddellijk door nieuwe. Vervang beide batterijen op hetzelfde ogenblik.
- Verwijder de batterijen als het product drie maanden of langer niet zal worden gebruikt.

- Gebruik nieuwe en gebruikte batterijen niet samen.

HOOFDSTUK 2: PRESENTATIE

Op basis van de Oscillometrische methodologie en de druksensor met geïntegreerd silicium kunnen de bloeddruk en hartslag automatisch en niet-invasief worden gemeten. Het lcd-scherm geeft de bloeddruk en hartslag weer. De recentste 40(30 metingen kunnen in het geheugen worden opgeslagen met datum en tijdstempel.
De elektronische bloeddrukmeter voldoet aan de volgende normen: IEC 60601-1:2005 +A1:2012;EN 60601-1 : 2006/A11: 2011 (Medische elektrische toestellen – Deel 1: Algemeen eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties), IEC60601-1-2:2007/EN 60601-1-2:2007/AC:2010 (Medische elektrische apparatuur – Deel 1-2: Algemene eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties - Secundaire norm: Elektromagnetische compatibiliteit - Eisen en tests), IEC80601-2-30:2009+AMD1: 2013;EN 80601-2-30:2010/A1 : 2015 (Medische elektrische apparatuur –Onderdeel 2-30: Bijzondere voorschriften voor de fundamentele veiligheid en essentiële prestaties van geautomatiseerde niet-invasieve

bloeddrukmeters) EN 1060-1: 1995 + A2: 2009 (Niet-invasieve bloeddrukmeters - Deel 1: Algemene voorschriften), EN 1060-3: 1997 + A2: 2009 (Niet-invasieve bloeddrukmeters - Deel 3: Bijkomende voorschriften voor elektromechanische bloeddrukmeetsystemen).
Bevat: 1 bloeddrukmeter Start by iHealth BPa, 1 Gebruikershandleiding, 1 transportzak, 4 AAA-batterijen.

HOOFDSTUK 3: VOORDAT U EEN METING UITVOERT

Volg onderstaande instructies om een nauwkeurige lezing te verzekeren:
- Vermijd alle fysieke activiteit, opwinding, stress, eten, drinken en roken gedurende 30 minuten voordat u een meting uitvoert.
- Rust ten minste 15 minuten voordat u de meting uitvoert. De metingen dienen op een rustige plaats te gebeuren.
- Stress verhoogt de bloeddruk. Voer geen metingen uit in stressvolle tijden.
- Verwijder nauw aansluitende kleding van uw arm.
- Ga op een stoel zitten met uw voeten op de grond. Leg uw arm op een tafel zodat de manchet op de arm op hetzelfde niveau is als uw hart.
- Blijf stil zitten en praat niet tijdens de meting.
- De bloeddruk schommelt voortdurend, dag en nacht. De hoogste waarde wordt meestal overdag gemeten en de laagste meestal 's nachts. Meestal begint de waarde te stijgen rond drie uur 's ochtends en bereikt ze haar hoogste waarde overdag wanneer de meeste mensen wakker en actief zijn.
- Houd de metingen van uw bloeddruk en hartslag bij voor uw arts. Één enkele meting geeft geen nauwkeurige aanduiding van uw echte bloeddruk. U moet diverse metingen uitvoeren en noteren.
- Geef de bovenstaande informatie wordt aanbevolen om uw bloeddruk elke dag rond hetzelfde tijdstijp te meten.

HOOFDSTUK 4: VOORBEREIDING

Batterij bezig met laden

a. Open de batterijklep op de achterkant van de meter.

b. Plaats vier 'AAA'-batterijen. Let op met de polariteit.

c. Sluit de batterijklep.

Wanneer de lcd het batterijsymbool toont, moet u alle batterijen vervangen door nieuwe.

Herlaadbare batterijen zijn niet geschikt voor deze meter. Verwijder de batterijen als de meter een maand of langer niet zal worden gebruikt om schade door batterijlekken te vermijden.

⚠ Zorg ervoor dat er geen batterijvloeistof in uw ogen komt. Als ze in uw ogen komt, spoel ze dan onmiddellijk met veel schoon water en raadpleeg een arts.

☞ De meter, batterijen en manchet moeten worden verwijderd in overeenstemming met lokale voorschriften op het einde van hun levenscyclus.

Aanpassing van klok en datum

Zodra u de batterij plaatst of de meter uitschakelt, gaat hij in stand-bymodus. Het lcd-scherm geeft dan niets weer.
Wanneer de meter in stand-bymodus is, drukt u gelijktijdig gedurende twee seconden op de knoppen "START/STOP" en 'M'. Eerst knippert de tijdsindeling. Druk herhaaldelijk op de knop "START/STOP" en het jaar, de maand, de dag, het uur en de minuten knipperen om hun beurt. Wanneer het cijfer knippert, drukt u op de knop 'M' om het cijfer te verhogen. Als u de knop 'M' ingedrukt houdt, verhoogt het cijfer snel.



a. U kunt de meter uitschakelen door op de 'START/STOP'-knop te drukken wanneer de minuut knippert. Vervolgens worden de tijd en datum bevestigd.

b. De meter wordt na 1 minuut niet te zijn bediend automatisch uitgeschakeld met ongewijzigde tijd en datum.

c. Zodra u de batterijen vervangt, moet u de tijd en datum opnieuw aanpassen.

HOOFDSTUK 5: DE BLOEDDRUK METEN

De manchet verbinden met de meter

Voer de plug van de luchtslang in de luchtaansluiting op de linkerkant van de meter. Zorg ervoor dat de verbinding volledig is ingesteken om luchtlekkage tijdens bloeddrukmetingen te vermijden.

⚠ Vermijd samenbrukking of restrictie van de luchtslang tijdens de meting, dit kan namelijk een fout bij het oppompen of schadelijke verwonding veroorzaken door doorlopende manchetdruk.

De manchet aanbrengen

a. Trek het uiteinde van de manchet door de metalen lus (de manchet is al op deze manier verpakt), daarna naar buiten (van uw lichaam weg) en maak het vast en sluit de klittenband.

b. Plaats de manchet rond een naakte arm op 1-2 cm boven de elleboog.

c. Plaats wanneer u zit uw hand met de palm omhoog voor u op een vlak oppervlak zoals een bureau of een tafel. Positioneer de luchtslang in het midden van uw arm, op een lijn met uw middelvinger.

d. De manchet zou comfortabel maar stevig om uw arm moeten zitten. U zou één vinger tussen uw arm en de manchet moeten kunnen steken.

Opmerking:
- Raadpleeg de verschillende manchetomtrekken in 'SPECIFICATIES' om er zeker van te zijn dat u de geschikte manchet gebruikt.
- Meet elke keer op dezelfde arm.
- Beweeg uw arm, lichaam of de meter niet en verplaats de rubberen slang niet tijdens de meting.
- Blijf 5 minuten stil en kalm voor de bloeddrukmeting.
- Houd de manchet schoon. Als de manchet vuil wordt, verwijder hem dan van de meter en maak hem schoon met een milde detergent. Spoel hem vervolgens grondig onder koud water. Droog de manchet nooit in de wasdroger en strijk hem nooit. Er kunnen anders krimpen of krimpen ontstaan en de manchet kan beschadigd raken.

Lichaamshouding tijdens meting

a. Zit met uw voeten plat op de grond zonder uw benen te kruisen.

b. Plaats uw hand met de palm omhoog voor u op een vlak open-vlak zoals een bureau of een tafel.

c. Het midden van de manchet moet op de hoogte liggen van het rechteratrium van het hart.

- Meten wanneer u neerligt
a. Ga op uw rug liggen.
b. Plaats uw arm recht langs uw lichaam met de palm omhoog.
c. De manchet moet op dezelfde hoogte als uw hart worden geplaatst.

Uw bloeddruk meten

Als u de manchet hebt aangebracht en u zich in een comfortabele positie bevindt, drukt u op de 'START/STOP' knop. U hoort een piepgeluid en alle weergegeven tekens worden getoond voor de zelftest.

Neem contact op met de klantendienst als een segment ontbreekt.

De Start by iHealth BPa kan max. 4 gebruikers meten (U1, U2, U3 of U4). Elke gebruiker heeft een geheugenbank van 30 metingen.
Druk op 'M' om uw gebruiksnummer te selecteren. Bevestig uw keuze door op de 'START/STOP'-knop te drukken. De huidige gebruiker kan na 5 seconden zonder bediening ook automatisch worden bevestigd.

Als de meter opgeslagen resultaten heeft, geeft het lcd-scherm kort de recentste weer. Als geen resultaat werd opgeslagen, verschijnt een nul op het lcd-scherm.

De meter zal dan de nuldruk opzoeken.

Vervolgens blaast de meter de manchet op tot er voldoende druk is voor een meting. Vervolgens laat de meter langzaam lucht uit de manchet en wordt de meting uitgevoerd. Ten slotte worden de bloeddruk en de hartslag berekend en weergegeven op het lcd-scherm. De verklikker van de bloeddrukclassificatie en het symbool voor onregelmatige hartslag (indien aanwezig) knipperen op het scherm. Het resultaat wordt automatisch in de meter opgeslagen.
Nu meting zal de monitor zich automatisch na 1 minuut zonder gebruik uitschakelen. U kunt ook op de 'START/STOP'-knop drukken om de meter handmatig uit te schakelen.

Tijdens de meting kunt u ook op de 'START/STOP'-knop drukken om de meter handmatig uit te schakelen.

Opmerking: *Raadpleeg een zorgprofessional voor de interpretatie van de bloeddrukmetingen.*

WIJZIG UW BEHANDELING NIET OP BASIS VAN EEN TESTRESULTAAT DAT NIET OVEREENSTEMT MET HOE U ZICH VOELT OF ALS U GELOOFT DAT UW TESTRESULTAAT MOGELIJK FOUT IS.

Symbool voor onregelmatige hartslag

Wanneer de bloeddrukmeter Start by iHealth BPa tijdens de meting een onregelmatig ritme waarneemt, verschijnt het symbool voor onregelmatige hartslag op het scherm met de meetwaarden.
Een onregelmatige hartslag wordt gedefinieerd als een ritme dat 25% lager of hoger ligt dan het gemiddelde ritme dat wordt waargenomen wanneer de meter de systolische en diastolische bloeddruk meet; of het verschil van de volgende polsslagperiode ≥ 0.14 s is en het aantal van die slagen meer dan 53% van het totale aantal slagen bedraagt.
In de meeste gevallen is dit niet zorgwekkend, maar als het symbool voor onregelmatige hartslag regelmatig wordt weergegeven, zoals meerdere malen per week in geval van een dagelijkse meting van de spanning, raden we u aan om uw arts te raadplegen en zijn instructies te volgen.

Opmerking: *Wanneer een onregelmatige hartslag wordt gedetecteerd, is het aanbevolen om een nieuwe meting uit te voeren.*

Opgeslagen resultaten weergeven

U kunt de metingen in de huidige geheugenbank bekijken door op de 'M'-knop te drukken. Nu geeft het lcd-scherm het aantal resultaten in de huidige geheugenbank weer.

U kunt ook in de Klokmodus op de 'M'-knop drukken op de opgeslagen resultaten weer te geven. De huidige geheugenbank knippert en het aantal resultaten in de bank wordt weergegeven. Druk de 'START/STOP' knop om over te schakelen naar de andere geheugenbank van de gebruiker. Bevestig uw keuze door op de 'M-knop te drukken.
De huidige bank kan na 5 seconden zonder bediening ook automatisch worden bevestigd.

Na de selectie van de geheugenbank geeft het lcd-scherm het gemiddelde van alle waarden in deze bank weer.

Als geen resultaat wordt opgeslagen, geeft het lcd-scherm nullen weer.

Druk op de 'M'-knop. Het lcd-scherm geeft de gemiddelde waarde van alle resultaten weer die de voorbije 7 dagen gemeten zijn tussen 5 en 9 uur en in de huidige geheugenzone van de gebruiker zitten.Als er de voorbije 7 dagen tussen 5 en 9 uur geen resultaat is opgeslagen, geeft het lcd-scherm '0' weer voor de bloeddruk en hartslag.

Druk opnieuw op de 'M'-knop. Het lcd-scherm geeft de gemiddelde waarde van alle resultaten weer die de voorbije 7 dagen gemeten zijn tussen 6 en 8 uur 's avonds en in de huidige geheugenzone van de gebruiker zitten.Als er de voorbije 7 dagen tussen 6 en 8 uur 's avonds geen resultaat is opgeslagen, geeft het lcd-scherm '0' weer voor de bloeddruk en hartslag.

Druk vervolgens op de 'M'-knop. Het recentste resultaat wordt weergegeven.
De bloeddruk en hartslag worden afzonderlijk weergegeven. Het symbool voor onregelmatige hartslag (indien aanwezig) knippert. Druk opnieuw op de 'M'-knop om het volgende resultaat weer te geven. Als u op deze manier herhaaldelijk op de 'M'-knop drukt, worden de respectieve eerder gemeten resultaten weergegeven.

Wanneer de opgeslagen resultaten worden weergegeven, wordt de monitor automatisch uitgeschakeld na 1 minuut zonder gebruik. U kunt ook op de 'START/STOP'-knop drukken om de meter handmatig uit te schakelen.

Metingen uit het geheugen verwijderen

Als u tijdens de weergave van een resultaat de 'M'-knop gedurende drie seconden ingedrukt houdt, worden alle resultaten gewist. Druk op de 'M' of 'START/STOP'-knop om de meter uit te schakelen.

2.⚠ Vermijd een hoge temperatuur of blootstelling aan de zon.Dompel de meter niet onder in water aangezien dit de meter zal beschadigen.
3. Als deze meter wordt opgeslagen in temperaturen rond het nulpunt, laat deze dan voor gebruik eerst tot kamertemperatuur komen.
4. ⚠ Probeer deze meter niet te demonteren.
5. Als u de meter langdurig niet gebruikt, verwijder dan de batterijen.
6. Het wordt aanbevolen om de productspreisties om de 2 jaar of na elke reparatie te controleren. Neem contact op met het servicecentrum.
7. Maak de meter schoon met een droge, zachte doek of een zachte, goed uitgewrongen zachte doek met water, verdunde desinfectiealcohol of verdund detergent.
8. De gebruiker kan op geen enkel onderdeel in de meter onderhoud uitvoeren. De schakelschema's, onderdelenlijsten, beschrijvingen, kalibratie-instructies of andere informatie die het technisch personeel van de gebruiker met de juiste kwalificaties zal helpen de onderdelen die geschikt zijn voor reparatie te repareren, kunnen geleverd worden.
9. De meter kan de veiligheids- en prestatie-eigenschappen minimaal 10.000 metingen of gedurende een periode van drie jaar behouden en de manchet gaat minstens 1.000 open- en sluitcycli mee.
10. We raden aan om de manchet elke week 2 keer te desinfecteren indien nodig (bijvoorbeeld in een ziekenhuis of kliniek). Veeg de binnenkant (de kant die met de huid in contact komt) van de manchet met een zachte doek die licht bevochtigd is met ethylalcohol (75-90%). Laat de manchet vervolgens drogen.

Probleemoplossing (1)

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Het lcd-scherm toont een abnormaal resultaat.	De manchetpositie was niet correct of de manchet was niet goed vastgemaakt.	Plaats de manchet correct en probeer het opnieuw.
	De lichaamshouding was niet correct tijdens het testen.	Raadpleeg de delen 'VOORBEREIDING' en 'METING UITVOEREN' van de instructies en test opnieuw.
	Spreken, arm- of lichaam bewegingen, hoge polsslag of onregelmatig tijdens het testen	Test opnieuw wanneer u rustig bent en spreek of beweeg niet tijdens de test.
	Onregelmatige hartslag (aritmie)	Mensen met ernstige aritmie mogen deze elektronische bloeddrukmeter niet gebruiken.

Probleemoplossing (2)

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
⇦	Batterij bijna leeg	Vervang de batterijen.
Lcd-scherm toont "Er 0"	Het druksysteem is ontstabiel vóór de meting.	Beweeg niet en probeer opnieuw.
Lcd-scherm toont "Er 1"	De systolische druk kan niet worden waargenomen.	
Lcd-scherm toont "Er 2"	De diastolische druk kan niet worden waargenomen.	

Lcd-scherm toont "Er 3"	Het pneumatische systeem is geblokkeerd of de manchet zit te vast tijdens het opblazen.	Plaats de manchet correct en probeer het opnieuw.
Lcd-scherm toont "Er 4"	Lek in het pneumatische systeem of de manchet zit te los tijdens het opblazen.	
Lcd-scherm toont "Er 5"	Manchetdruk van meer dan 300 mmHg	Meet opnieuw na vijf minuten. Als de meter nog steeds afwijkt, neem dan contact op met de lokale distributeur of de fabriek.
Lcd-scherm toont "Er 6"	Meer dan 160 seconden met manchetdruk boven 15 mmHg	
Lcd-scherm toont "Er 7"	Fout van intern gehuugen	
Lcd-scherm toont "Er 8"	Fout bij controleren apparaatparameter	
Lcd-scherm toont "Er A"	Fout bij druksensorparameter	
Geen respons wanneer u op de knop drukt of batterij oplaadt.	Onjuiste bewerking of sterke elektromagnetische interferentie	Haal de batterijen er 5 minuten uit en plaats ze vervolgens opnieuw op hun plaats.
De meter toont 'Hi' of 'Lo' als technisch alarm.	De bloeddruk (systolisch of diastolisch) bevindt zich buiten het bereik gespecificeerd in het deel SPECIFICATIES.	Raadpleeg een arts of controleer of uw manchet op de juiste was met de instructies. Elkzie alarmvoorwaarde heeft een logisch toegewezen gekregen volgens IEC 60601-1-8.

HOOFDSTUK 6: SPECIFICATIES

1. Productnaam: Armbloeddrukmeter Start by iHealth BPa
2. Model: BPST2
3. Classificatie: Interne voeding Type BF contactonderdeel; IP20, geen AP of APG; Continue bediening
4. Afmetingen van de machine: Ca. 150 mm × 95 mm × 41 mm
5. Manchetomtrek: 22 cm - 30 cm
6. Gewicht: Ca. 211 g (zonder batterijen)
7. Meetmethode: Oscillometrische methode, automatische inflatie en meting
8. Geheugenvolume: 4 x 30 keer met tijd- en datumstempel
9. Voeding: batterijen: 4 x 1,5V ⎓ FORMAAT AAA
10. Meetbereik:
Manchetdruk: 0-300 mmHg
Systolisch: 60-260 mmHg
Diastolisch: 40-199 mmHg
Hartslag: 40-180 slagen/minuut
11. Nauwkeurigheid:
Druk: ±3 mmHg
Hartslag: ±5%
12. Omgevingstemperatuur voor gebruik:
10 ℃ ~ 40 ℃ (50 ℉ ~ 104 ℉)
13. Omgevingsvochtigheid voor gebruik: ≤85% RV
14. Omgevingstemperatuur voor opslag en transport:
-20 ℃ ~ 50 ℃ (-4 ℉ ~ 122 ℉)
15. Omgevingsvochtigheid voor opslag en transport: ≤85% RV
16. Atmosferische druk: 80 kPa - 105 kPa
17. Levensduur batterij: Ca. 100 keer.
18. Alle onderdelen die tot het drukmeetsysteem behoren, waaronder: Pomp, klep, lcd, manchet, sensor

Opmerking: Deze specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

GARANTIE-INFORMATIE

iHealth Labs Europe ("iHealth") garandeert de bloeddrukmeter Start by iHealth BPa (het "Product"), en alleen het Product, tegen defecten op het vlak van materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik gedurende een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum van de originele koper ("Garantietermijn"). Als onder deze beperkte garantie iets defect raakt en iHealth binnen de Garantietermijn van het Product een geldige claim ontvangt, dan zal uw leverancier naar eigen keuze en voor zover wettelijk toegestaan ofwel (1) het Product repareren met nieuwe of gerepareerde onderdelen, of (2) het Product omwisselen voor een nieuw of gerepareerd Product. In het geval van een defect en voor zover als wettelijk toegestaan zijn dit de enige oplossingen. Start by iHealth is een handelsmerk van iHealth Labs Europe.

iHealth is een handelsmerk van iHealth Labs Europe.

iHealth Labs Europe SAS
36 Rue de Pontrieu, 75008, Paris, France

ANDON HEALTH CO., LTD.
No. 3 Jin Ping Street, YaAn Road, Nankai District, Tianjin 300190, China.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

	Fabrikant		Europese Gemachtigde
	Datum van fabricage	SN	Serienummer

Model Type	LOT Batchnummer
Opgelet	Opslagtemperatuur
Type BF contactonderdelen (De manchet is een type BF contactonderdeel)	
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing vóór gebruik (Het teken achtergrondkleur: blauw; Het teken grafisch symbool: wit).	
CE 0197 Voldoet aan de vereisten van de Europese Medisch apparaat richtlijn (93/42/EEG)	
Milieubescherming - Afval met elektrische producten mag niet met het normale huisvuil worden meegegeven. Recycle op de daartoe bedoelde plaatsen. Raadpleeg uw lokale overheidsinstantie of verkoper voor advies m.b.t. recycling.	

bloeddrukmeter.shop
specialist