



Infrarood Oorthermometer

Model: RA600



Patent Nr. : ZL 2011 3 0359483.1
ZL 2010 2 0668110.2
M403995


Klinisch Accuraat

EN 12470-5:2003

Deze oorthermometer is klinisch getest in verschillende grote academische ziekenhuizen op basis van het protocol EN 12470-5:2003, waarbij voldoende personen met koorts en normale lichaamstemperatuur zijn getest, met goede klinische herhaalbaarheid en meetnauwkeurigheid in vergelijking met een gelijktijdige orale temperatuurmeting.

- Hoogste nauwkeurigheid door draaien in 3" scanmodus of 1" meting
- PLUG & SECURE Beschermkapje voor meervoudig gebruik
- Koortsalarm
- 9 geheugenplaatsen
- °C / °F instelbaar
- Achtergrondverlichting
- Automatische uitschakeling
- Lege batterij indicator
- Zelfdiagnose voor storingen

RESULT IN 1" OR 3" Scanning Mode



● Opslag- en transportcondities
-25°C~55°C (-13°F~131°F)
≤95% RH, 700~1060 hPa

www.rossmax.nl

rossmax
nederland